

 RSPAL Dr. RAMELAN Surabaya	Nomer SOP	SOP/174 /II/ 2024
	Tanggal Pembuatan	15 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	15 Januari 2024
	Disahkan oleh	Kepala RSPAL dr. Ramelan  dr. Sujoko Purnomo, Sp.B Laksamana Pertama TNI
	Nama SOP	Penggunaan TDP
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Permenpan RB RI Nomer 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WWBK dan WBBM 2. Permenpan RB RI Nomer 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3. Keputusan Kepala RSPAL dr. Ramelan No Kep/268/II/2020 tentang Pedoman Organisasi , Pedoman Pelayanan , PPK dan SOP Subdep Akupunktur	1. Dokter Spesialis Akupunktur 2. Akupunkturis	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelayanan akupunktur	Alat TDP (Thermal Deep Penertration)	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Hati – hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya hubungan arus pendek alat – alat yang dipakai	Data – data pasien dicatat di SIMRS dan buku catatan pasien	

FLOW CHART SOP PENGGUNAN ALAT TDP

NO	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Dokter	Akupunkturis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Anamnesa			-	5 menit	Data umum pasien	
2	Pemeriksaan klinik			Diagnostic set	5 menit	Data kondisi pasien	
3	Diagnosis			-	5 menit	Menentukan diagnose	
4	Penjelasan kepada pasien			-	5 menit	Pasien tahu sakitnya	
5	Memposisikan pasien sesuai rencana tindakan			-	5 menit	Posisi terbaik untuk akupunktur	
6	Pemasangan alat TDP			Jarum akupunktur	5 menit	Jarum terpasang sesuai rencana	
7	Durasi pelayanan			Jarum akupunktur	20-30 menit	Keluhan berkurang	
8	Pengakhiran tindakan			Kapas alkohol , sarung tangan	5 menit	Akupunktur selesai	
9	Pencatatan dan kontrol			Komputer / manual	5 menit	Rekam medis rapi	